



Aktuelle Hygienefragen

Beantwortet von Bioscientia ZHI - Zentrum für Hygiene und Infektionsprävention

■ **Zu der in HYGIENEMANAGEMENT 2/19 veröffentlichten Frage und Antwort zu: „Wie sollte steriles Einmal-Material auf Sprizentabletts oder Blutentnahmetabletts gelagert werden?“ gab es folgende Rückfrage aus dem Leserkreis:**

Wie verhält es sich mit Materialien auf einem Sprizentablett, die mit ins Patientenzimmer genommen werden (z.B. für den Fall das man evtl. eine zweite Kanüle benötigt und nicht unnötig wieder hin und her laufen muss), und die dann bei dem besagten Patienten nicht benötigt werden. Welche Empfehlung kann dazu abgegeben werden?

Antwort des ZHI: Entscheidend hierbei ist die Basishygiene, insbesondere die Händehygiene. Die Materialien, die zur Punktion/Anlage benötigt werden, können kontaminationsfrei vor der Punktion (z.B. nach der hygienischen Händedesinfektion) vom Tablett entnommen werden. Ein Zurücklegen von Materialien auf das Tablett sollte nicht erfolgen. Müll sollte direkt entsorgt und nicht aufs Tablett gelegt werden. Bei diesem Vorgehen müssen die auf dem Tablett verbliebenen Einmalmaterialien nicht entsorgt werden. Kommt es jedoch trotzdem zu einer sichtbaren oder plausiblen Kontamination, sind die Einmalmaterialien zu verwerfen bzw. bei wiederverwendbaren Materialien desinfizierend aufzubereiten.

Dr. med. Edgar Sattinger

■ **Frage: Müssen in ZSVA/AEMP beim Wechsel zwischen unreinen und reinen Bereich die Schuhe gewechselt werden?**

Antwort des ZHI: Nein, es gibt dazu keinerlei Evidenz. Diese Maßnahme verlangsamt die Arbeitsprozesse, hat zusätzlich keinerlei hygienischen Nutzen.

Schuhe sind als effektives Mittel der Infektionsprävention noch nicht einmal in den einschlägigen KRINKO-Empfehlungen zur Medizinprodukteaufbereitung erwähnt.

Lediglich bei sichtbarer Kontamination sollten die Schuhe gewechselt werden.

Dr. med. Georg-Christian Zinn

Literatur

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Medprod_Rili_2012.pdf?__blob=publicationFile